

COTAÇÃO ELETRÔNICA BIONEXO 32691077
PROPOSTA SICONV 815664/2014
EDITAL NR 03/2015

- Aquisição de equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.



ATA NR 03

Aos vinte cinco dias mês de julho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniram-se na sala de reunião segundo andar do Hospital Regional do Oeste, os membros da Comissão Permanente de Licitação composta Zilma Marcon, Jandir Thomas, Aline de Costa, Ana Fátima Sales de Atayde, Paulo Gilberto Z. Winckler Assessor Jurídico, para julgar solicitação enviada pela Cirúrgica CERON, e-mail recebido em 19 de julho de 2016, no qual a referida empresa solicita o cancelamento dos itens: Monitor Multiparametro com capnografia (02) und, Item Monitor multiparametro ECG/RESP/PRESSÃO NAO INVASIVA/OXIMETRIA E TEMPERATURA (01) und, os quais foram homologados na ata nr 02 em favor desta empresa (Cirúrgica Ceron). A Comissão de Licitação em face do pedido de cancelamento dos itens, por consequência convocará a empresa que ofertou a segunda menor propostas, e por conseguinte encaminhada a mesma, para análise do serviço de Engenharia Clinica EngeHosp Engenharia Clinica Hospitalar. (conforme parecer em anexo, o qual foi homologado para item Monitor multiparametro ECG/RESP/PRESSÃO NAO INVASIVA/OXIMETRIA E TEMPERATURA empresa HW Comercio de Equipamentos, Insumos e Serviços Ltda- EPP valor de R\$ 9.163,88 (nove mil cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) e para Item Monitor Multiparametro com capnografia empresa Dixtal Biomedica Ind e Comercio Ltda valor Und R\$ 44.988,00 total duas unidades R\$ 89.976,00(oitenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais), solicitando assim, as empresas vencedoras a apresentar no prazo de 48 (quarenta) horas os documentos do item 7.C do Edital 03/2015. Ato seguinte a leiloeira Zilma deu ciência a comissão de que será registrado novamente junto ao SICONV o edital 03/2015, para fins de pagamento do Contrato 01/2016, a empresa estrangeira, empresa Drager Industria e Comercio Ltda, a qual representa Empresa Estrangeira Dragerwerk AG & Co. KgAA Alemanha, conforme duvidas que fora levantada anteriormente pela Comissão, oos quais foram esclarecidos pelo SICONV como deveria a Comissão proceder a diligência. Passos da diligência: solicitar inscrição genérica ao ministério da Saúde COACOM Sr. Luiz Cury, segundo passo, fazer registro no SICONV novamente sem fazer nova divulgação eletrônica do Edital, já publicado. (Instruções dadas pelo Sac Siconv pelo 08009429100 com Srta. Graziela, como nos processos anteriores). Assim o procedimento novamente será refeito. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião. E para constar, eu lavro a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, na forma da legislação vigente.


ZILMA DE F. RITA MARCON
SETOR COMPRAS
CPF- 732.556.969-65


Jandir Miguel Thomas
Gerente de TI
Hospital Regional do Oeste

Aline de Costa
CRC/SC: 015424/O-5
ASSOC HOSP LENOIR VARGAS FERREIRA


Paulo Gilberto Z. Winckler
OAB/SC-11.668B CPF 441.265.300-53
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira

Ana Fátima Sales de Atayde
COMPRAS
CPF: 864.545.879-91

Assunto: Contato

De: diretoria cirurgica ceron <diretoria@cirurgicaceron.com.br>

Data: 22-06-2016 15:03

Para: "comprasmed" <comprasmed@hro.org.br>

Boa tarde Zilma ,


Conforme nossa conversa por telefone venho através deste e-mail esclarecer os fatos sobre a situação dos monitores .

Fomos vencedores do Sinconv 03/2015 do convenio 815664/2014 onde ganhamos 1 Monitor Multiparamétrico básico e mais 2 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros básico mais capnografia + Debito cardíaco + AGENTES ANESTÉSICOS .

Nos itens que vencemos temos a pronta entrega o monitor básico ,e os monitores com a seguinte especificação parâmetros básico mais capnografia + Debito cardíaco , porem o agente anestésicos tivemos um problema com nossa fornecedora de fora do pais e tivemos que trocar o fornecedor e o prazo de chegada do modulo agente anestésicos é para primeira quinzena de Agosto .

Sendo assim gostaríamos de saber qual seria nosso procedimento de negociação se aceitam a entrega com esta configuração e posterior entregamos os módulos ou sera cancelado o processo ??


Grato desde já.



Cirúrgicas Ceron

CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA. - ME
CNPJ: 18.258.209/0001-15


Eduards Reynolds
Diretor Comercial




Rua Alberto Laureano Henrich, 50 - Passa Vinte - Palhoça - SC - CEP 88132-230. - Fone: (48) 3342-0121

eduard.s.reynolds @ diretoria@cirurgicaceron.com.br (48) 9191-2796


Paulo Gilberto Z. Winckler
OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-53
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira


Paulo Gilberto Z. Winckler
OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-53
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira


Jandir Miguel Thomas
Gerente de TI
Hospital Regional do Oeste



Assunto: Pedido de cancelamento

De: diretoria cirurgica ceron <diretoria@cirurgicaceron.com.br>

Data: 19-07-2016 09:02

Para: <comprasmed@hro.org.br>, <compras3@hro.org.br>

CC: "adm cirurgica ceron" <adm@cirurgicaceron.com.br>

Bom Zilma ,

Venho através deste solicitar o pedido de cancelamento dos itens dos monitores referente ao processo Cotação Eletrônica de Preço Nº 03/2015 sobre o Convenio 815664/2014 , onde no qual nosso fornecedor esta sem previsão de entrega do modulo de agente anestésico um item solicitado no monitor deste processo , com isso sabendo da urgência que o hospital tem em adquirir este produto e não querendo mais atrapalhar o processo peço cancelamento dos itens para encerramos este processo .

Pedimos desculpas pelo transtorno .

Grato desde já.




CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
CNPJ: 18.258.209/0001-15


Eduardo
Diretor



Rua Alberto Laureano Henrich, 50 - Passa Vinte - Palhoça - SC - CEP 88132-230 - F


eduardo.reynolds @ diretoria@cirurgicaceron.com.br


Paulo Gilberto Z. Winckler
OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-53
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira


Jandir Miguel Thomas
Gerente de TI
Hospital Regional do Oeste



(41) 3342 0121
gerencia @ cirurgica ceron
19-07-2016 09:02
Eduardo com.br

	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE			Código: PTE - 070
	Data Emissão: 23.07.2016	Data da Validade: 23.10.2016	Página: 1 de 4	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 03/2015				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

OBJETIVO:

Este Parecer Técnico de Engenharia avalia, a pedido do solicitante **Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Hospital Regional do Oeste**, entidade privada sem fins lucrativos, CNPJ nº 02.122.913/0001-06, com sede na Rua Florianópolis 1448E Bairro Santa Maria na cidade de Chapecó-SC, **dois itens fracassados** na cotação eletrônica Bionexo # 32691077, no âmbito do convênio Siconv nº 815664/2014, sobre monitores multiparamétricos para unidade hospitalar.



2- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE:

A EngeHosp – Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar, e mais precisamente os engenheiros pareceristas que assinam este laudo, declaram que não possuem conflitos de interesse de ordem pessoal, comercial, acadêmica, política ou financeira com nenhuma das marcas e participantes do processo licitatório em epígrafe. Declaram também que não fizeram parte da criação e montagem da cotação eletrônica e só estão ingressando no processo nesta etapa.

Este laudo técnico está sujeito às seguintes condições de independência, contingências e limitações:

1. O trabalho técnico foi elaborado com finalidade específica definida no tópico inicial do presente estudo. O uso para outra finalidade, ou data-base diferente da especificada ou extração parcial de dados sem o texto completo, não apresenta confiabilidade.
2. Não é permitida a reprodução parcial ou total do parecer técnico sem o conhecimento e aprovação de seus autores.
3. O presente trabalho baseia-se ainda em documentos fornecidos pelo interessado e pelos ofertantes. Os signatários, portanto, não assumem qualquer responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia, além das implícitas no exercício de suas funções específicas no caso, estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.
4. Os signatários não assumem responsabilidade por alterações físicas nos equipamentos dos ofertantes ou em documentos após a submissão, que venham a comprometer o teor das informações contidas neste relatório.
5. Em todas as etapas de elaboração deste laudo e após a sua emissão final, os signatários mantêm sigilo profissional absoluto, só fornecendo cópias ou informações a terceiros mediante autorização expressa do cliente ou solicitação de órgãos responsáveis e com autoridade sobre este procedimento.




	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE			Código: PTE - 070
	Data Emissão: 23.07.2016	Data da Validade: 23.10.2016	Página: 2 de 4	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 03/2015				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

6. A descrição de *não conformidades* de cada produto ofertado em relação ao edital não pretende ser exaustiva, bastando citar uma discrepância entre as especificações exigidas e as apresentadas, para o mesmo ser considerado como “não atendendo”.
7. Este PTE foi elaborado em 04 (quatro) páginas impressas somente no anverso, sendo a última assinada sob certificação digital de segurança e as demais rubricadas pelos signatários.

3 – SIGLAS e ACRÔNIMOS:

As seguintes siglas e acrônimos serão usados no transcorrer do trabalho, em sua forma abreviada:

- **HRO:** Hospital Regional do Oeste
- **AHLVF:** Associação Hospitalar Leonir Vargas Ferreira
- **PTE:** Parecer Técnico de Engenharia ou Laudo Técnico.
- **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas
- **NBR:** Norma Brasileira editada pela ABNT
- **NBR IEC:** Norma Brasileira ABNT traduzida da norma internacional IEC

3 - METODOLOGIA:

Os engenheiros pareceristas usaram como critério de avaliação das propostas, além do PREÇO, os princípios estabelecidos em lei quanto a QUALIDADE, a DURABILIDADE, a SEGURANÇA, a MANUTENABILIDADE e a ASSISTÊNCIA TÉCNICA, todos como características de qualidade do produto a ser adquirido.

Ainda, os engenheiros levaram em conta que a Associação Hospitalar ao longo dos anos vem se utilizando além dos critérios elencados acima, outros como PADRONIZAÇÃO, EFICIÊNCIA e principalmente FACILITAÇÃO NO MANUSEIO E OPERAÇÃO pelos integrantes de seu corpo clínico.

4 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

O laudo foi desenvolvido com base nos documentos apresentados à Comissão de Licitação instituída por Portaria nº 030/2015, via impressa ou eletrônica (plataforma de compras eletrônicas Bionexo), nas normas e regulamentos da série NBR IEC 60601-1 e em suas diversas derivações e no Edital nº 03/2015 publicado na forma da lei.




	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE			Código: PTE - 070
	Data Emissão: 23.07.2016	Data da Validade: 23.10.2016	Página: 3 de 4	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 03/2015				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

5 - PARECERES TÉCNICOS INDIVIDUALIZADOS POR ITEM :

Baseados na informação do fornecedor CERON, de que não vai conseguir cumprir com as entregas propostas em sua oferta, consideramos os itens 5.3 e 5.4 como fracassados e passamos a analisar as propostas subsequentes nestes itens:


5.3) MONITOR MULTIPARÂMETROS – ECG, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) e TEMPERATURA:

- **Ofertante subsequente: HW CENTER**
 - **Parecer Técnico:** consideramos que o ofertante **ATENDE** os quesitos técnicos com o produto da marca **Instramed modelo Inmax 10**. Pelos demais critérios de avaliação tecnológica citados no tópico *3-Metodologia*, o equipamento perde na grade de avaliação no quesito PADRONIZAÇÃO, já que é uma linha não usual no parque tecnológico do HRO, porém, como se trata de item único em local diferenciado, a escolha técnica da engenharia clínica recairá sobre este item.
- A análise técnica dos demais equipamentos ofertados só será realizada em caso de fracasso da negociação vencedora.

5.4) MONITOR MULTIPARÂMETROS – ECG, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2), TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA (PI), DÉBITO CARDÍACO (CO), CAPNOGRAFIA (ETCO2), GASES ANESTÉSICOS:

- **Ofertante de menor preço: MA HOSPITALAR**, desclassificado, pois o equipamento ofertado na plataforma Bionexo não apresenta todos os parâmetros/módulos exigidos no edital, e o apresentado corretamente na proposta escrita, não é o de menor preço.
- **Segundo ofertante de menor preço: FN MEDICAL**, desclassificado, pois o mesmo deixou de apresentar/registrar documentação regulamentar.
- **Terceiro ofertante de menor preço: MACROSUL**, desclassificado, pois o equipamento ofertado não apresenta todos os parâmetros/módulos exigidos no edital: não possui análise de gases.
- **Quarto ofertante de menor preço: CIRURGICAS CERON**, desclassificado porque o mesmo não forneceu o equipamento em tempo hábil.




	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE			Código: PTE - 070
	Data Emissão: 23.07.2016	Data da Validade: 23.10.2016	Página: 4 de 4	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 03/2015				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

- **Quinto ofertante de menor preço: DIXTAL S.A.**
 - **Parecer Técnico:** pelos demais critérios de avaliação tecnológica citados no tópico *3- Metodologia*, consideramos que o ofertante **ATENDE** também os quesitos do edital com o seu produto marca Dixtal modelo DX2022D-C.
- **Ofertantes subsequentes:** A análise técnica dos demais equipamentos ofertados só será realizada em caso de fracasso desta negociação.

6 – MAPA RESUMO DO PLEITO:

Segundo os critérios de avaliação da Engenharia Clínica validados previamente pelo cliente, o resumo do parecer técnico é o descrito abaixo:


DESCRIÇÃO	QT	OFERTANTE	PRODUTO
MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO	01	HWCENTER	INMAX 10"
MONITOR MULTIPARÂMETROS COM CAPN+GASES	02	DIXTAL	DX2022D-C

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,

Chapecó, 22 de julho de 2016.



Eng. Elton Luís Bortoncello
CREA: 062.220 D



Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D




Assunto: RES: inscrição generica (Drager)

De: Luiz Carlos Cury <cury@saude.gov.br>

Data: 21-07-2016 10:18

Para: Setor de Compras - HRO <comprasmed@hro.org.br>

CC: Frederico Pinheiro Curado <frederico.curado@saude.gov.br>

Zilma, bom dia!

Encaminhamos abaixo a Inscrição Genérica da **DRAEGERWERK AG & CO.KGAA - EX0250089**, conforme solicitado .

Alertamos a necessidade do "EX" ser escrito com letra maiúscula nos procedimentos no SICONV.

Qualquer problema, estamos a disposição.

Atenciosamente

__ SIAFI2016-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)_____

21/07/16 10:09

USUARIO : CURY

CREDOR : **EX0250089**

TITULO : **DRAEGERWERK AG & CO.KGAA**

TITULO REDUZIDO: DRAEGERWERK
INFORMADO

SIMPLES: NAO

ENDERECO : MOISLINGER ALLEE 53-55 23558

LUEBECK

CEP:

MUNICIPIO : -

PGTO EXCLUSIVO POR OBD:

UF : EX - EXTERIOR

CONSORCIO: NAO



PAIS : 030 - ALEMANHA

TELEFONE :

FAX :

MOTIVO: CADASTRAMENTO DE CREDOR GENERICO PARA PAGAMENTO VIA OB
TV CAMBIO

MATRIZ: NAO SE APLICA

UG PORTAL/TV :

NAT. JURIDICA:

INCLUIDO POR : 84438916887 - CURY

UG : 257001 DATA : 25Nov15

PF1=AJUDA PF2=CONSORCIO PF3=SAI PF6=DOMICILIO PF9=REG.IMP.
PF12=RETORNA

Luiz Carlos Cury

COACOM

61 3315 2016

De: Setor de Compras - HRO [mailto:comprasmed@hro.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 18 de julho de 2016 09:44

Para: Luiz Carlos Cury

Assunto: Fwd: inscrição generica (Drager)



----- Mensagem original -----

Assunto: inscrição generica (Drager)
Data: Wed, 06 Jul 2016 15:03:54 -0300
De: Setor de Compras - HRO <comprasmed@hro.org.br>
Para: diref@saude.gov.br, Luiz Carlos Cury <cury@saude.gov.br>

Boa tarde Sr. Cury
estou encaminhando a invoice e contrato empresa Drager
preciso que me envie inscrição generica para programar pagamento.

att
Zilma

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: DMH 41331 - Follow-Up - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
Data: Wed, 6 Jul 2016 14:31:11 -0300
De: Thiago Carvalho <carvalho@condorinternacional.com.br>
Para: Setor de Compras - HRO <comprasmed@hro.org.br>, direcao@hro.com.br
Nilza Condor Internacional <nilza.vandresen@condorinternacional.com.br>, Gyselle Condor Internacional <gyselle@condorinternacional.com.br>, José Condor Internacional <jose@condorinternacional.com.br>, Douglas Condor Internacional <douglas@condorinternacional.com.br>, Cristiano Condor Internacional <cristiano@condorinternacional.com.br>, Reginaldo | Global Médica <reginaldo@globalmedica.com.br>

Boa tarde Zilma,



Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck

TO

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
Hospital Regional do Oeste
Rua Florianópolis, 1448 - Chapecó, Santa Maria - SC
CNPJ: 02.122.913/0001-06

MT-DE
Nadolny. 2672
☎ ..49 451 882-2672
Date: 24/05/2016

CUSTOMS INVOICE NO. 12233508

Dräger

Order: PO 1179
Terms of Payment: 10 DAYS AFTER INSTALLATION

Incoterms: DAP CHAPECÓ / SC (INCOTERMS 2010)
Delivery note: 0172139303

Devido a um fusão,
Dräger Medical GmbH
passa a se chamar
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Pos	Qty	Cod	Serial Number Batch Number	Description	Unit Value EUR	Total Value EUR
01	02	8606800	ASJE-0067 ASJE-0068	Estação de trabalho de anestesia Modelo FABIUS PLUS, marca Dräger, unidade básica versão 3 gases, interlock para 2 vaporizadores, conectores DISS, software opcional SIMV/PS, tela colorida, circuito de ventilação, chave opcional cone A, saída auxiliar de gás fresco, sensor de O2, capsula para sensor de O2. REGISTRO NO MS: 10407370061	11.304,38	22.608,76
02	02	M35054	ASJD-0586 ASJD-0584	Vaporizador VAPOR 2000 para Isoflurano com trava plug-in padrão Dräger. REGISTRO NO MS: 10407370055	972,37	1.944,74
03	02	M35054	ASJD-1152 ASJD-1127	Vaporizador VAPOR 2000 para Sevoflurano com trava plug-in padrão Dräger. REGISTRO NO MS: 10407370055	972,37	1.944,74
04	02	M27542	508017213930300 210	Circuito de ventilação completa infantil. REGISTRO NO MS: 10407370086	126,61	253,22
05	02	MP01915	1151125009	Peça - Mascara facial de silicone reutilizável, tamanho 5. REGISTRO NO MS: 10407370090	2,28	4,56

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Postal address:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fa +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
VAT no. DE135082211

Bank details:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE 15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7903 HL
General partner: Drägerwerk Verwaltungs AG
Registered office: Lübeck
Commercial register:
Local court Lübeck HRB 7395 HL

Chairman of the supervisory board
for Drägerwerk AG & Co. KGaA
and Drägerwerk Verwaltungs AG:
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Executive board:
Stefan Dräger (chairman)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrotfner

06	02	MP01913	1151008001	Peça - Mascara facial de silicone reutilizável, tamanho 3. REGISTRO NO MS: 10407370090	1,99	3,98
					FREIGHT	EUR 1.000,00
					INSURANCE	EUR 120,00
TOTAL VALUE DAP CHAPECÓ /SC (INCOTERMS 2010)					EUR	27.880,00

MANUFACTURER OF MAIN DEVICES:

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck, Germany

COUNTRY OF ORIGIN OF THE MAIN DEVICES:

Germany

PACKING DATA:

2 pallet 122,0x102,0x158,0 cm 250,76 kg net / 382 kg gross

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Dräger

Devido a um fusão,
Dräger Medical GmbH
passa a se chamar
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Dräger

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com
A. H. Diekmann