

- 1 CONVÊNIO SES-SC / HRO – EDITAL nº 01/2017
- 2 COTAÇÃO ELETRÔNICA BIONEXO nº 44829171
- 3 Aquisição de equipamentos médico hospitalares por meio de verba BNDES-FINAME.

4 **ATA nº 03**

5 Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete às onze horas,
6 reuniram-se na sala de reunião no segundo andar do Hospital Regional do Oeste, os
7 membros da Comissão Permanente de Licitação composta por Zilma Marcon, Tânia
8 Maria Zunkowski, Ana Fátima Sales de Atayde, juntamente com os membros
9 convidados Sr. Álvaro Mees – Supervisor da Manutenção, Fernando Meira da Rocha –
10 Engenheiro Clínico, e Paulo Gilberto Zandavalli Winckler – Assessor Jurídico, para
11 deliberar acerca de pedidos de esclarecimento de empresas quanto aos termos dos
12 descritivos do Edital nº 01/2017. Após a análise técnica de cada pedido, e visando um
13 número maior de participantes no certame, a Comissão, esclarece o que segue:

- 14 1. No item **17 – Cama Hospitalar tipo Fowler Elétrica**, o descritivo mencionou
15 capacidade mínima de 320 kgs, quando na verdade esta capacidade é para
16 uma cama tipo obeso; o texto correto é (...) *Capacidade mínima de 200kgs (...)*.
17 Os demais termos deste item permanecem inalterados.
- 18 2. No item **21 – Sistema de ultrassom com análise espectral doppler**, visando
19 um maior número de participantes no certame, sem perda do desempenho no
20 equipamento a ser ofertado, as seguintes características serão flexibilizadas e
21 consideradas:
 - 22 1. *Monitor de, no mínimo, 19 polegadas;*
 - 23 2. *Painel de controle articulável incluindo no mínimo altura, sem a necessidade de*
24 *possuir giro e deslize;*
 - 25 3. *Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB;*
 - 26 4. *Frame Rate mínimo de 1100 quadros/segundo em 2D;*
 - 27 5. *Onde se lê (...) Possibilidade de futura compra de transdutores matriciais com no*
28 *mínimo 2.000 elementos, foi flexibilizado para: (...) Transdutores: todos os*
29 *transdutores deverão ser multifrequenciais em tecnologia de banda larga com*
30 *seleção automática das frequências (...) sem perda de desempenho;*
 - 31 6. *Onde se lê (...) Transdutor convexo com faixa de frequência de 1.0 a 5.0 MHz com*
32 *tecnologia de ondas puras ou matricial (com variação de 1 MHz para + ou -), será*
33 *flexibilizado para (...) Transdutor convexo com faixa de frequência de 1.0 a 5.0 MHz*
34 *(com variação de 1 MHz para + ou -), sem perda do desempenho;*

35 Nada mais havendo a tratar, para constar, eu Zilma Marcon, lavrei a presente ata, que
36 após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, na forma da legislação
37 vigente.

ALVARO MEES
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Fernando Meira da Rocha
Serviço de Engenharia Clínica-HRO
CREA-RR nº 54.300-D

ANA FÁTIMA SALES DE ATAYDE
COMPRAS

ANA FÁTIMA SALES DE ATAYDE
COMPRAS
CPF: 884.945.879-91

Paulo Gilberto Z. Winckler
OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-53
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira