

	RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - RPE			Código: RPE - 072
	Data Emissão: 27.09.2016	Data da Validade: 27.12.2016	Página: 1 de 2	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF				
ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

OBJETIVO:

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento de fornecedor sobre os termos e/ou descrições contidas no edital supracitado. Sua circulação é pública e disponível na plataforma web da instituição.

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

“A Sociedade empresária Meta Móveis de Metais (Metahospitalar), no ensejo de participar da cotação de preços 06/2016, Convênio 820879/2015, vem, através deste, solicitar esclarecimentos referente ao item 4. Segue dúvidas de esclarecimento abaixo:

1. *O modelo de grade solicitado é de tubos de aço inox AISI 304. Percebemos que o tipo de compra é por melhor técnica e preços. Pergunta: Seriam grades em polietileno consideradas superiores ao aço inox?*
2. *Assumindo que a grade solicitada aceita seja somente em tubos inox AISI 304, o edital não menciona a extensão da grade, algumas empresas fornecem grades apenas na secção dorso. Pergunta: Será considerado pela comissão a grade com melhor extensão?*
3. *Garantia estendida e assistência técnica credenciada em Santa Catarina será entendido como melhor técnica também?”*

3 – RESPOSTA AO PEDIDO:

Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder suas dúvidas na ordem das perguntas:


1. Grades em polietileno serão consideradas como um diferencial no fornecimento, mas tecnicamente elas serão equiparadas ao aço inox AISI 304, e não superiores. A instituição cita o material AISI 304 por suas características de “não oxidação” perante os agentes ambientais e de higienização disponíveis no ambiente hospitalar. O polietileno também confere este grau de “inoxidabilidade” e será aceitável, desde que as demais características mecânicas do material ofertado sejam equivalentes;
2. Desconsideramos a pergunta, dado o teor da resposta 1;
3. Garantia estendida e assistência técnica credenciada em Santa Catarina são quesitos que fazem parte de todas as avaliações de tecnologia em saúde (ATS) no âmbito da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Os quesitos citados nos termos do edital são

	RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - RPE			Código: RPE - 072
	Data Emissão: 27.09.2016	Data da Validade: 27.12.2016	Página: 2 de 2	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DA AHLVF				
ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

considerados como mínimos, e toda ou qualquer oferta superior ao requisitado, será levada em conta, desde que respeitados os valores de referência. Nenhuma postulação de verba adicional ao valor referenciado será considerada, sob a alegação de material de qualidade superior.

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,

Chapecó, 27 de setembro de 2016.



Eng. J Fernando Meira da Rocha
 CREA: 054.300 D