

estáticas. **FONTE DE LUZ:** Lâmpada Xenon de alta pressão de 300 watts; Deve possuir controle de intensidade de luz; Contador de horas ou sistema eletrônico com indicador de fim de vida útil da lâmpada; Alimentação elétrica monofásica de 127/220 Volts – 60Hz. Cabo de fibra ótica autoclavável com diâmetro de 4,8 mm e comprimento mínimo de 2,5m. Deve acompanhar o equipamento uma lâmpada sobressalente de mesma potência. **MONITOR DE VÍDEO:** com no mínimo 24" efetivos na diagonal, resolução mínima de: 1920 x 1080 pixels; sistema de cor PAL / NTSC; Entrada de vídeo compatível com o processador de imagens, mas com no mínimo entradas de DVI, SVIDEO e VGA incorporadas; Alimentação elétrica 127/220 Volts – 60Hz. Deve acompanhar um cabo BNC, um cabo S-Vídeo, um cabo RGB, um cabo DVI, e um cabo de alimentação da rede elétrica padrão ABNT. **INSUFLADOR DE CO2:** Deve permitir ajuste de fluxo de 0 (zero) a no mínimo 30 litros/minuto em passos não superiores a 0,5 litro/minuto. Permitir ajuste de pressão de insuflação contínuo programável de no mínimo 0 a 25 mmHg em passos não superiores a 1mmHg. Deverá possuir indicação do volume do cilindro de CO2, com contador digital do volume de CO2 consumido, com mostradores digitais/análogos para leitura do fluxo e pressão programados e administrados, com alarme sonoro e visual e sistema de segurança para sobrepressão na cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual. Circuito de pressão negativa, com alarme sonoro e visual. Modo de insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida de fluxo e pressão administrada ao paciente; Todos os equipamentos devem possuir alimentação elétrica monofásica de 127/220 Volts – 60Hz. **RACK (TORRE)** para armazenamento dos equipamentos, do tipo fechado externamente (exceção aceitável somente para o monitor caso o mesmo exceda medida interna do armário), com chapas metálicas em pintura epóxi, capacidade de armazenar todos equipamentos e suporte de cilindro de CO2; Possuir porta frontal e traseira com chaves; Prateleiras ajustáveis; Régua elétrica com no mínimo 09 tomadas padrão ABNT NBR 14136 para uso em rack de 19" com filtro de linha; Rodízios emborrachados de no mínimo 4", sendo 02 com freios. Todos os equipamentos devem vir acompanhados de manual de usuário em mídia impressa em português e manual de serviço em mídia eletrônica ou impressa em qualquer língua, sob pena de reprovação no processo de aceitação/incorporação tecnológica. Deverá ser confirmado na proposta, para entrega junto com o equipamento: fornecimento de treinamento de operação do equipamento sem ônus do requisitante, fornecimento de treinamento técnico para 01 técnico sem ônus pelo requisitante (indicar local). Assistência técnica local ou nacional autorizada: o licitante deverá mencionar na proposta a(s) empresa(s) autorizada(s) e se a totalidade da manutenção é feita ou não no Brasil. Garantia mínima de 02 anos com no mínimo duas visitas locais de calibração e testes de segurança elétrica durante o período.

ACESSÓRIOS: Deve vir acompanhado de 01 endoscópio rígido tipo Hopkins, autoclavável de visão foro oblíqua de 30° (trinta graus) compatível com a imagem fullHD, com sistema e lentes de bastão, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande ocular, com 04 mm de diâmetro e 18 cm de comprimento aprox. , com case protetor apropriado de plástico ou metálico perfurado,

QUANTIDADE – 02

VALOR – R\$ 500.000,00

Nada mais havendo, a presente homologação vai assinada pelo Presidente da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Hospital Regional Chapecó.




ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA
CPNJ: 02.122.913/0001-06




Severino Teixeira da Silva Filho
Diretor Presidente
Associação Hospitalar Lenoir
Vargas Ferreira

Dr. Severino Teixeira da Silva Filho
Presidente da Diretoria Executiva
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira.


Paulo Gilberto Z. Winckler
Assessor Jurídico



Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira CNPJ: 02.122.913/0001-06
Rua Florianópolis, 1448-E - Fone: (0xx49) 3321-6500 - Fax: (0xx49)3322-6043.
Cx. Postal: 241 - CEP: 89812-121 - Chapecó - SC E-mail: contabilidade@hro.org.br



Cidade para recebimento:

CHAPECÓ ▾

ID :

33446848

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete
H. Strattner & Cia Ltda - SC Avenida das Aguias, 228 - , PALHOÇA - SC Kuelle Cristina Silva Baptista - (48) 33440042	R\$ 250.000,00	90 dias após confirmação	19/06/2016	90 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

ESPECIFICAR NOTA FISCAL NUMERO DO CONVÊNIO 807811/2014 ID BIONEXO 33446848

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Prog. Entrega	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Excluir
SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RIGIDAUROLOGICA (CONFORME DESCRITIVO EDITAL 02/2016 ANEXO	343403	Karl Storz	conjunto	1	☺	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA ARTROSCÓPICA - CONFORME DESCRITIVO EDITAL 02/2016 EM ANEXO.	3434004	Karl Storz	conjunto	2	☺	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RIGIDA LAPAROSCOPICA (CONFORME DESCRITIVO EDITAL 02/2016 ANEXO)	343402	Karl Storz	conjunto	1	☺	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	<input type="checkbox"/>
Total							R\$ 1.000.000,0000	<input type="checkbox"/>

Paulo Gilberto Z. W...
OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-1
Associação Hospitalar
Ver

R\$-
SETOR COMPRA'S
09/09/2016 10:00:00