

	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			Código: PTE - 076
	Data Emissão: 15.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 4 de 8	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HRO				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

de modo a se candidatarem para uma segunda abertura de envelopes, em data a ser marcada e divulgada pela Comissão de Licitações na página oficial do Hospital;

- e) Os equipamentos serão avaliados qualitativamente e lado-a-lado com os demais licitantes, razão pela qual a data de entrega do item a ser amostrado deverá ser respeitada;
- f) As despesas de frete e quaisquer outras que vierem a ser necessárias deverão ser arcadas pelos respectivos licitantes, cabendo a instituição apenas processar a nota de devolução à origem, do item enviado;
- g) As empresas deverão se manifestar por email enviado para o endereço [comprasmed@hro.org.br](mailto:comprasmed@hro.org.br) manifestando seu desejo de participar desta fase e sinalizando suas possíveis datas de entrega da amostra;
- h) Todos os licitantes classificados devem respeitar as características de inoxidabilidade exigidas para os tampos dos leitos, ofertando seus modelos em aço inox ou plásticos de engenharia de alta resistência;
- i) Seguindo critérios da Direção Assistencial, as camas poderão ser usadas não só no showroom (critério preferencial do HRO), como em uma situação de uso diário (em paciente). Nestes casos, serão higienizadas antes da disponibilização para retorno.

• **Empresas selecionadas para segunda fase:**

- Segundo os primeiros critérios técnicos de filtragem, as empresas selecionadas para a segunda fase do processo licitatório são (em ordem alfabética):
  - HOSPIMETAL
  - MAQUET
  - MEDISAÚDE

5.2) **POLTRONA HOSPITALAR: 300 un.**

• **Empresas desclassificadas documentalente:**

As seguintes empresas foram desclassificadas documentalente e não farão parte da avaliação técnica das poltronas hospitalares: Bioscience Tecnologia Ltda, Florianius Comércio e Instalações de Móveis Ltda e Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli.

• **Evolução para segunda etapa avaliatória:**



	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			Código: PTE - 076
	Data Emissão: 15.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 5 de 8	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HRO				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

- a) Devido à grande diversidade de valores e a distância relativa entre os menores valores e o valor de referência, a equipe de Engenharia Clínica do hospital realizará uma segunda etapa avaliatória, onde o grupo de licitantes melhor classificado nos critérios técnicos desta primeira fase, deverá fornecer uma amostra do item ofertado, para avaliação multicritério a ser realizada junto com a área assistencial de saúde;
- b) Os critérios desta avaliação serão públicos, de modo a promover ampla transparência no processo;
- c) Empresas que não participaram deste edital não poderão se inscrever para esta fase avaliatória/diligencial;
- d) As empresas selecionadas para a segunda fase poderão alterar o valor de seus produtos, baseados nas exigências e sugestões promovidas pela instituição hospitalar, de modo a se candidatarem para uma segunda abertura de envelopes, em data a ser marcada e divulgada pela Comissão de Licitações na página oficial do Hospital;
- e) Os equipamentos serão avaliados qualitativamente e lado-a-lado com os demais licitantes, razão pela qual a data de entrega do item a ser amostrado deverá ser respeitada;
- f) As despesas de frete e quaisquer outras que vierem a ser necessárias deverão ser arcadas pelos respectivos licitantes, cabendo a instituição apenas processar a nota de devolução à origem, do item enviado;
- g) As empresas deverão se manifestar por email enviado para o endereço [comprasmed@hro.org.br](mailto:comprasmed@hro.org.br) manifestando seu desejo de participar desta fase e sinalizando suas possíveis datas de entrega da amostra;
- h) As poltronas de amostra não serão usadas em atividade real, podendo voltar ao seu local de origem sem higienização de grau hospitalar, já que farão parte somente do showroom.

• **Empresas selecionadas para segunda fase:**

- Segundo os primeiros critérios técnicos de filtragem, as empresas selecionadas para a segunda fase do processo licitatório das poltronas hospitalares são (em ordem alfabética):
  - FRAGA
  - HOSPIMETAL
  - META

*HT a.*

	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			Código: PTE - 076
	Data Emissão: 15.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 6 de 8	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HRO				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

- MEDISAÚDE

### 5.3) CARRO MACA AVANÇADO: 04 un.

- **Empresas desclassificadas documentalmente:**

As seguintes empresas foram desclassificadas documentalmente e não farão parte da avaliação técnica das poltronas hospitalares: Bioscience Tecnologia Ltda, Florianius Comércio e Instalações de Móveis Ltda e Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli.

- **Evolução para segunda etapa avaliatória:**

- a) Devido à grande diversidade de valores e a distância relativa entre os menores valores e o valor de referência, a equipe de Engenharia Clínica do hospital realizará uma segunda etapa avaliatória, onde o grupo de licitantes melhor classificado nos critérios técnicos desta primeira fase, deverá fornecer uma amostra do item ofertado, para avaliação multicritério a ser realizada junto com a área assistencial de saúde;
- b) Os critérios desta avaliação serão públicos, de modo a promover ampla transparência no processo;
- c) Empresas que não participaram deste edital não poderão se inscrever para esta fase avaliatória/diligencial;
- d) As empresas selecionadas para a segunda fase poderão alterar o valor de seus produtos, baseados nas exigências e sugestões promovidas pela instituição hospitalar, de modo a se candidatarem para uma segunda abertura de envelopes, em data a ser marcada e divulgada pela Comissão de Licitações na página oficial do Hospital;
- e) Os equipamentos serão avaliados qualitativamente e lado-a-lado com os demais licitantes, razão pela qual a data de entrega do item a ser amostrado deverá ser respeitada;
- f) As despesas de frete e quaisquer outras que vierem a ser necessárias deverão ser arcadas pelos respectivos licitantes, cabendo a instituição apenas processar a nota de devolução à origem, do item enviado;
- g) As empresas deverão se manifestar por email enviado para o endereço [comprasmed@hro.org.br](mailto:comprasmed@hro.org.br) manifestando seu desejo de participar desta fase e sinalizando suas possíveis datas de entrega da amostra;

*HT X*

	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			Código: PTE - 076
	Data Emissão: 15.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 7 de 8	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HRO				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

h) Seguindo critérios da Direção Assistencial, as camas poderão ser usadas não só no showroom (critério preferencial do HRO), como em uma situação de uso diário (em paciente). Nestes casos, serão higienizadas antes da disponibilização para retorno.

- **Empresas selecionadas para segunda fase:**

- o Segundo os primeiros critérios técnicos de filtragem, as empresas selecionadas para a segunda fase do processo licitatório das poltronas hospitalares são (em ordem alfabética):

- HOSPIMETAL
- MEDISAÚDE
- PARAMOUNT
- MIKA
- MAQUET

#### 5.4) CAMA HOSPITALAR FOWLER MECÂNICA: 171 un.

- **Empresas desclassificadas documentalmente:**

As seguintes empresas foram desclassificadas documentalmente e não farão parte da avaliação técnica das poltronas hospitalares: Bioscience Tecnologia Ltda, Florianrius Comércio e Instalações de Móveis Ltda e Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli.

- **Evolução para segunda etapa avaliatória:**

- a) Devido à grande diversidade de valores e a distância relativa entre os menores valores e o valor de referência, a equipe de Engenharia Clínica do hospital realizará uma segunda etapa avaliatória, onde o grupo de licitantes melhor classificado nos critérios técnicos desta primeira fase, deverá fornecer uma amostra do item ofertado, para avaliação multicritério a ser realizada junto com a área assistencial de saúde;
- b) Os critérios desta avaliação serão públicos, de modo a promover ampla transparência no processo;
- c) Empresas que não participaram deste edital não poderão se inscrever para esta fase avaliatória/diligencial;
- d) As empresas selecionadas para a segunda fase poderão alterar o valor de seus produtos, baseados nas exigências e sugestões promovidas pela instituição hospitalar.

*Handwritten signature and initials*


	<b>PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PTE</b>			Código: PTE - 076
	Data Emissão: 15.10.2016	Data da Validade: 31.12.2016	Página: 8 de 8	
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HRO				
ASSUNTO: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS DO EDITAL nº 06/2016				
CLIENTE FINAL: HRO – HOSPITAL REGIONAL DO OESTE				

de modo a se candidatarem para uma segunda abertura de envelopes, em data a ser marcada e divulgada pela Comissão de Licitações na página oficial do Hospital;

- e) Os equipamentos serão avaliados qualitativamente e lado-a-lado com os demais licitantes, razão pela qual a data de entrega do item a ser amostrado deverá ser respeitada;
  - f) As despesas de frete e quaisquer outras que vierem a ser necessárias deverão ser arcadas pelos respectivos licitantes, cabendo a instituição apenas processar a nota de devolução à origem, do item enviado;
  - i) As empresas deverão se manifestar por email enviado para o endereço [comprasmed@hro.org.br](mailto:comprasmed@hro.org.br) manifestando seu desejo de participar desta fase e sinalizando suas possíveis datas de entrega da amostra;
  - j) Seguindo critérios da Direção Assistencial, as camas poderão ser usadas não só no showroom (critério preferencial do HRO), como em uma situação de uso diário (em paciente). Nestes casos, serão higienizadas antes da disponibilização para retorno.
- **Empresas selecionadas para segunda fase:**
    - Segundo os primeiros critérios técnicos de filtragem, as empresas selecionadas para a segunda fase do processo licitatório das CAMAS FOWLER MECÂNICAS são (em ordem alfabética):
      - META
      - HOSPIMETAL
      - MEDISAÚDE
      - PARAMOUNT
      - MAQUET

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que nos couber,

Chapecó, 15 de outubro de 2016.



Eng. J. Fernando Meira da Rocha  
 CREA: 054.300 D

