

TÉRMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo fica Homologada para a empresa vencedora da COTAÇÃO ELETRÔNICA BIONEXO ID 39790139, Convênio NR 810558/2014. Considerando-se Tipo Menor Preço/Técnica e o cumprimento das exigências contidas no Edital, conforme segue:

Empresa: H.Strattner & Cia Ltda

Valor: R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Objeto: **SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA RIGIDA.**

Micro-câmera e Processador de imagens:

Micro-câmera digital HD, composta por processadora e cabeçote de 3 chips, com objetiva zoom parfocal integrada, com resolução FullHD, sistema de cor NTSC/PAL com resolução mínima de 1920x1080 pixels; Capacidade de registro de imagens com luminosidade mínima 03 lux; Ajuste automático de luminosidade Conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes; Função para ajuste de cor branca; Conexões de saída de vídeo compatível com FullHD; Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros; Alimentação elétrica 127/220 Volts/60Hz. Sistema de escaneamento de imagem com modulo de captura de imagem com no mínimo 02 (duas) saídas USB que permitem gravação e transferência de fotos e vídeo em sistema de armazenamento externo (pendriver, ou HD externo) bem como com conexão com impressora e gravação de imagens estáticas.

Fonte de Luz: Lâmpada tecnologia LED de no mínimo 175 watts; Possuir controle de intensidade de luz; deve ser capaz de usar cabos de fibra óptica de 2 a 6 mm; Cabo de fibra óptica com comprimento mínimo de 230 centímetros; Alimentação elétrica 127/220 Volts/60Hz Monitor de Vídeo: LCD/LED de Grau Médico de 26 polegadas ou maior; Resolução mínima de: 1920 x 1080 pixels; sistema de cor PAL / NTSC; Entrada de vídeo compatível com o processador de imagens; Alimentação elétrica 127/220 Volts ? 60Hz.

Acessórios Deve acompanhar:

3 (tres) Endoscópio rígido autoclavável, compatível com a imagem FullHD, visão foro oblíqua de 30°, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 4 mm e comprimento de 18±1 cm. 02 cabos de fibra ótica de no mínimo 230 centímetros compatíveis com a ótica e câmera.

01 (uma) unidade de comando ou console, com sistema de controle microprocessado, visualização da velocidade e movimentos, com movimentos de rotação e oscilação ajustáveis pelo usuário, alimentação elétrica de 220 Vca, 60Hz, 01 (uma) **peça de mão** com movimentos horário e anti horário e oscilante, sistema de engate rápido para lâminas, conector para sistema de sucção externa, alavanca ou botão para controle de



sucção, esterilizável em autoclave a vapor e 01 (um) pedal com controle de velocidade e seleção de movimentos.

03 camisas para artroscopia rotatória com duas torneiras, com mecanismo de travamento instantâneo, compatíveis com endoscopia de 0 a 90 graus. **03 obturadores** compatíveis com as camisas, para artroscopia, ponta semi aguda.

Todos os cabos para o perfeito funcionamento do equipamento como conjunto. Todos os equipamentos devem vir acompanhados de manual de usuário em mídia impressa em português e manual de serviço em mídia eletrônica ou impressa em qualquer língua, sob pena de reprovação no processo de aceitação/incorporação tecnológica. Deverá ser confirmado na proposta, para entrega junto com o equipamento: fornecimento de treinamento de operação do equipamento sem ônus do requisitante, fornecimento de treinamento técnico para 01 técnico sem ônus pelo requisitante (indicar local).


Qtde - 01 und

Chapecó, 09 de ~~Março~~^{Março} de 2016.



Dr. Severino Teixeira da Silva Filho

Presidente da Diretoria Executiva da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira.



Paulo Gilberto Z. Winckler

Assessor Jurídico





Nome das Municípios:

CHAPECÓ ▾

ID:

39790139

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete
H. Strattner & Cia Ltda - SC Av. das Aguias 228, PALHOÇA - SC Kuelle Cristina Silva Baptista - (21) 2121-1307	R\$ 250.000,00	90 dias após confirmação	01/12/2016	30 ddl	CIF

OBSERVAÇÕES:

Especificar na nota fiscal numero do convenio nr 810558/2014.

[marcar todos](#) [desmarcar todos](#)

Descrição do Produto	Código	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Preço Entrega	Preço Unitário do Item - R\$	Valor Total do Item - R\$	Excluir
SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA/ENDOSCOPIA RÍGIDA - CONFORME DESCRIPTIVO EDITAL 10/2016 EM ANEXO.	3434004	Karl Storz	conjunto 1	<input type="text"/>		R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	<input type="checkbox"/>
Total							R\$ 250.000,0000	

[marcar todos](#) [desmarcar todos](#)

Total Geral: R\$ R\$ 250.000,0000

[imprimir](#)

Paulo Gilberto Z. Winckler
 OAB/SC-11.6688 CPF 441.265.300-53
 Associação Hospitalar Lenoir
 Vargas Ferreira

PAULO G. Z. WINCKLER
 SETOR CONTÁBIL
 CPF-112.558.905-00